

 AL CALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR	ADM-CTT-FT-09-V1

Bogotá D.C., 02 de Abril de 2018

ASUNTO: CONSOLIDACIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA, EXPERIENCIA Y ECONÓMICA

1. JURÍDICA: _____
2. FINANCIERA: _____
3. TÉCNICA: X
4. EXPERIENCIA: X
5. ECONÓMICA: X

TÉCNICA:

1. CARACTERÍSTICAS.

OBJETO: ARRENDAMIENTO DE TRES (3) BOMBAS DE VACIO TIPO ROTATIVO DE PALETAS LUBRICADAS, DE 3 KVA CADA UNA, CON LAS CARACTERSTICAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION DESTINADAS A SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD TUNALPERTENECINE A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR. E.S.E,	
PRESION MAXIMA DE OPERACIÓN	0.5 mbar
CAUDAL	126 m3/h
SISTEMA DE CONTROL	LOGO
FRECUENCIA	60 HZ
CANTIDAD DE BOMBAS	3
TIPO	ROTATIVO LUBRICADO CON ACEITE
POTENCIA NOMINAL	3.0 kw
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	AIRE
VELOCIDAD DE MOTOR	1800 rpm
TIPO DE ARRANQUE	DIRECTO
VOLTAJE	230 V
SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA	ON - OFF
NIVEL DE RUIDO	< 72 Db (A)
CANTIDAD Y TIPO DE FILTROS	UNO DE PARTÍCULAS A LA ENTRADA DE CADA BOMBA.
	CUATRO EN PARALELO PARA SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS, INSTALADOS EN CARCAZA DE VIDRIO.
CANTIDAD Y TIPOS DE VÁLVULAS	2 DE SUCCIÓN
	UNA EN CADA BOMBA Y UN GAS BALLAST PARA LA ELIMINACIÓN DE HUMEDAD DEL ACEITE DE LAS BOMBAS.
	HUMEDAD DEL ACEITE DE LAS BOMBAS.
PARADA DE EMERGENCIA	SI
TIPOS DE ALARMAS PROPIAS	SONORA, ACTIVADA POR LA PÉRDIDA DE VACIO
INDICACIÓN DE SOBRECARGA DE MOTOR	LUZ INDICADORA POR CADA MOTOR
MEDIDOR DE TIEMPO DE SERVICIO	POR CADA BOMBA
GUARDAMOTOR CON SEÑAL VISUAL	POR CADA BOMBA

2. El cronograma de mantenimiento fue anexado por el proveedor en la página No 40 y 41 de los documentos de la propuesta.

CONCEPTO: Una vez presentados y revisados los documentos para realizar la evaluación técnica por el Oferente., OXISERVICIOS MD. LTDA., **CUMPLE** ya que aporta los documentos exigidos requeridos en la invitación a cotizar No 26 de 2.018

EXPERIENCIA:

2016-08-01



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

INFORME COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

ADM-CTT-FT-09-V1

OFERENTE	CONTRATANTE	TIEMPO DEL CONTRATO	VALOR	OBSERVACIÓN
OXISERVICIOS MD LTDA.	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CALDAS	195 MESES Y 12 DIAS	\$58.909.440	CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LA INVITACION
	CLINICA PATERNON LTDA	179 MESES Y 9 DIAS	\$62.292.000	
TOTAL OFERENTE		374 MESES Y 21 DIAS	\$121.201.440	

CONCEPTO: De conformidad con la verificación de los documentos aportados para realizar la evaluación de experiencia por el proponente. **OXISERVICIOS MD LTDA.**, Se califica como **CUMPLE**, ya que aporta documentos solicitados en la invitación.

EVALUACIÓN ECONÓMICA:


DESCRIPCION DE LA OFERTA	VALOR MENSUAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL PARA CUATRO MESES
ARRENDAMIENTO DE TRES (3 BOMBAS DE VACIO. TIPO ROTAA TIVO DE PALETAS LUBRICADAS, DE 3 KVA CADA UNA. DESTINADAS A SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD TUNALPERTENECINE A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR. E.S.E.	3.895.624	15.582.498
TOTAL SUBRED SUR CUATRO MESES		15.582.498

CONCEPTO: Para este criterio de evaluación, la propuesta presentada por la firma **OXISERVICIOS MD LTDA**, **CUMPLE** con lo exigido en la invitación a cotizar 26 de 2018; razón por la cual el oferente obtiene una calificación de 100 puntos.

Cordialmente,


FABIO QUINTERO CAMACHO

Profesional Universitario Recursos Físicos
Subred integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.


JORGE EDUARDO CASTRO GUTIÉRREZ
Profesional Universitario Recursos Físicos
Subred integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.